



عنوان کنترل : BioRAD2

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : Creatinine

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

عنوان دستگاه : Olympus-C

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۲۴۳	۰,۰۵۷	۴,۳۸۸	۴,۴۴۵	۴,۵۰۲	۴,۵۵۹	۴,۶۱۶	۴,۶۷۳	۴,۷۳

مقدار	تاریخ
۴,۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۴,۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰

مقدار	تاریخ
۴,۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۴,۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۴,۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۴,۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۴,۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۴,۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۴,۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۴,۶۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۴,۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۴,۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۴,۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۴,۶۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۶

مقدار	تاریخ
۴,۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۴,۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۴,۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۴,۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۴,۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۴,۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۴,۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۴,۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۴,۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۴,۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۴,۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۴,۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۲

CV%: 1.562	SD: 0.071	Mean: 4.569
------------	-----------	-------------

