



عنوان کنترل : BioRAD1

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : Creatinine

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

عنوان دستگاه : Olympus-C

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۲۷۸	۰,۰۵۴	۲,۱۹۴	۲,۲۴۸	۲,۳۰۲	۲,۳۵۶	۲,۴۱	۲,۴۶۴	۲,۵۱۸

مقدار	تاریخ
۲,۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۲,۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰

مقدار	تاریخ
۲,۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۲,۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۲,۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۲,۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۲,۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۲,۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۲,۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۲,۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۲,۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۲,۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۲,۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۲,۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۶

مقدار	تاریخ
۲,۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۲,۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۲,۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۲,۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۲,۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۲,۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۲,۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۲,۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۲,۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۲,۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۲,۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۲,۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۲

CV%: 2.571	SD: 0.061	Mean: 2.358
------------	-----------	-------------

