

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi IA Plus 2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

Ferritin : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۷۸۶	۷,۵۷۱	۱۳۵,۴۸۷	۱۴۳,۰۵۸	۱۵۰,۶۲۹	۱۵۸,۲	۱۶۵,۷۷۱	۱۷۳,۳۴۲	۱۸۰,۹۱۳

مقدار	تاریخ
۱۶۶,۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۱۴۰,۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۱۵۹,۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۵۶,۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۱۵۸,۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۱۶۸,۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۱۶۸,۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۱۵۶,۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۱۴۳,۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۱۵۰,۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۱۵۱,۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۵۸,۸۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱۶۱,۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۱۶۵,۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۱۷۵,۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۱۶۳,۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۱۷۱,۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱۶۳,۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۱۵۱,۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۷

CV%: 5.784	SD: 9.235	Mean: 159.676
------------	-----------	---------------

