



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۱

( Mg ( Magnesium  
Olympus-C

عنوان آزمایش :  
عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۵۱۶	۰,۰۴۹	۱,۸۱۵	۱,۸۶۴	۱,۹۱۳	۱,۹۶۲	۲,۰۱۱	۲,۰۰۶	۲,۱۰۹

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶

مقدار	تاریخ
۱,۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۱,۹۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۱,۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۱,۹۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۱,۹۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۱,۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۱,۹۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۱,۹۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۱,۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱

مقدار	تاریخ
۱,۹۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱,۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۱,۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۱,۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۱,۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۱,۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۱,۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۱,۹۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۱,۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۱,۹۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۱,۹۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۵

CV%: 2.23	SD: 0.043	Mean: 1.943
-----------	-----------	-------------

