



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Amylase : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱ Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۳۰۲	۱,۰۳۳	۷۶,۲۶۸	۷۷,۳۰۱	۷۸,۳۳۴	۷۹,۳۶۷	۸۰,۴	۸۱,۴۳۳	۸۲,۴۶۶

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳

مقدار	تاریخ
۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹

مقدار	تاریخ
۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۴

CV%: 1.546	SD: 1.234	Mean: 79.808
------------	-----------	--------------

