



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

LDH

: عنوان آزمایش :

Olympus-C

: عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۸۵۷	۱۴,۵۱۷	۷۳۸,۰۴۹	۷۵۲,۵۶۶	۷۶۷,۰۸۳	۷۸۱,۶	۷۹۶,۱۱۷	۸۱۰,۶۳۴	۸۲۵,۱۵۱

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳

مقدار	تاریخ
۷۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۷۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۷۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۷۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۷۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۷۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۷۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۷۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۷۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۷۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۷۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۷۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۷۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۹

مقدار	تاریخ
۸۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۸۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۷۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۷۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۷۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۷۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۷۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۷۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۷۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۷۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۷۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۷۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۷۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۴

CV%: 1.895	SD: 14.787	Mean: 780.231
------------	------------	---------------

