



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

LDH : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱ Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۸۱۳	۶,۰۴۲	۳۱۵,۰۷۴	۳۲۱,۱۱۶	۳۲۷,۱۵۸	۳۳۳,۲	۳۳۹,۲۴۲	۳۴۵,۲۸۴	۳۵۱,۳۲۶

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳

مقدار	تاریخ
۳۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۳۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۳۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۳۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۳۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۳۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۳۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۳۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۳۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۳۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۳۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۳۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۳۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۹

مقدار	تاریخ
۳۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۳۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۳۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۳۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۳۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۳۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۳۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۳۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۳۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۳۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۳۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۳۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۳۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۴

CV%: 1.892	SD: 6.331	Mean: 334.654
------------	-----------	---------------

