

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

IgG : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲ Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۹۴۷	۱۲,۴۱۶	۶۰۰,۴۱۹	۶۱۲,۸۳۵	۶۲۵,۲۵۱	۶۳۷,۶۶۷	۶۵۰,۰۸۳	۶۶۲,۴۹۹	۶۷۴,۹۱۵

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۸



مقدار	تاریخ
۶۶۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۶۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۶۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۶۶۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۶۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۶۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۶۶۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۶۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۶۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۶۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۶۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۶۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱

مقدار	تاریخ
۶۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۶۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۶۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۶۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۶۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۶۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۶۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۶۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۶۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۶۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۶۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۶۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۶۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۶۶۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵

CV%: 1.964	SD: 12.832	Mean: 653.231
------------	------------	---------------



Olympus-C



42