



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : ( Ca ( Calcium

Olympus-C : عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۴۱۳	۰,۱۷۹	۱۲,۱۵۶	۱۲,۳۳۵	۱۲,۵۱۴	۱۲,۶۹۳	۱۲,۸۷۲	۱۳,۰۵۱	۱۳,۲۳

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۲,۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۱۲,۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۱۲,۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۱۲,۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۱۲,۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۱۲,۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۱۲,۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۱۲,۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۱۲,۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۱۲,۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۱۲,۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۱۲,۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱

مقدار	تاریخ
۱۲,۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱۲,۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۱۲,۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۱۲,۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۱۲,۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۱۲,۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۱۲,۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۱۲,۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۱۲,۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۱۲,۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۱۲,۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۱۲,۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵

CV%: 1.416	SD: 0.18	Mean: 12.701
------------	----------	--------------

