



عنوان کنترل : BioRAD2
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : Amylase
عنوان دستگاه : Olympus-C
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۸۰۷	۷,۴۷۹	۳۹۱,۳۹۶	۳۹۸,۸۷۵	۴۰۶,۳۵۴	۴۱۳,۸۳۳	۴۲۱,۳۱۲	۴۲۸,۷۹۱	۴۳۶,۲۷

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳

مقدار	تاریخ
۴۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۴۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۴۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۴۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۴۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۴۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۴۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۴۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۴۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۴۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۴۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۴۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۴۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۹

مقدار	تاریخ
۴۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۴۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۴۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۴۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۴۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۴۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۴۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۴۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۴۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۴۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۴۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۴۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۴۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴

CV%: 1.731	SD: 7.123	Mean: 411.5
------------	-----------	-------------

