



BioRAD2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

CPK Total : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۰۲۹	۹,۳۵۹	۴۳۳,۱۹	۴۴۲,۵۴۹	۴۵۱,۹۰۸	۴۶۱,۲۶۷	۴۷۰,۶۲۶	۴۷۹,۹۸۵	۴۸۹,۳۴۴

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳

مقدار	تاریخ
۴۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۴۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۴۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۴۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۴۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۴۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۴۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۴۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۴۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۴۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۴۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۴۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۴۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۹

مقدار	تاریخ
۴۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۴۶۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۴۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۴۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۴۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۴۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۴۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۴۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۴۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۴۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۴۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۴۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۴۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۴

CV%: 2.156	SD: 9.902	Mean: 459.269
------------	-----------	---------------

