

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Fe : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱ Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰,۸۱	۲,۰۲۳	۲۴۳,۸۳۱	۲۴۵,۸۵۴	۲۴۷,۸۷۷	۲۴۹,۹	۲۵۱,۹۲۳	۲۵۳,۹۴۶	۲۵۵,۹۶۹

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳

مقدار	تاریخ
۲۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۲۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۲۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۲۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۲۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۲۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۲۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۲۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۲۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۲۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۲۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۲۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۲۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۵۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۲۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۲۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۲۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۲۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۲۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۲۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۲۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۲۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۲۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۴

CV%: 0.887	SD: 2.232	Mean: 251.5
------------	-----------	-------------

