

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus 2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰

Prolactin : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۲۹۹	۰,۳۹۷	۱۰,۸۳۸	۱۱,۲۳۵	۱۱,۶۳۲	۱۲,۰۲۹	۱۲,۴۲۶	۱۲,۸۲۳	۱۳,۲۲

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۷
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵

مقدار	تاریخ
۱۱,۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۱۲,۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۱۲,۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۱۲,۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۱۱,۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۱۲,۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۱۱,۹۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۱۲,۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۱۱,۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۱۱,۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۱,۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱۱,۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۱۲,۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۱۲,۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۱۱,۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۱۲,۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۱۲,۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۱۲,۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۱۰,۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۱۱,۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۱۲,۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۱۱,۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۱۱,۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۱۲,۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱۲,۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۱۱,۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۱۲,۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۸

CV%: 3.952	SD: 0.474	Mean: 12.001
------------	-----------	--------------

