

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Gamma Glutamyl Transferase

Olympus-C

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۰۹۴	۱,۷۲۹	۱۵۲,۹۱۳	۱۵۴,۶۴۲	۱۵۶,۳۷۱	۱۵۸,۱	۱۵۹,۸۲۹	۱۶۱,۵۵۸	۱۶۳,۲۸۷

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۱۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۱۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۱۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۱۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۱۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۱۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۱۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۱۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۱۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۱۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۱۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱

مقدار	تاریخ
۱۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۱۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۱۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۱۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۱۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۱۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۱۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۱۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۱۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۱۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۱۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۱۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۱۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۵

CV%: 1.221	SD: 1.923	Mean: 157.538
------------	-----------	---------------

