



BioRAD2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Albumin : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۵۷۶	۰,۰۴۴	۲,۶۳۶	۲,۶۸	۲,۷۲۴	۲,۷۶۸	۲,۸۱۲	۲,۸۵۶	۲,۹

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳

مقدار	تاریخ
۲,۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۲,۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۲,۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۲,۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۲,۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۲,۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۲,۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۲,۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۲,۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۲,۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۲,۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۲,۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۲,۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹

مقدار	تاریخ
۲,۸۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۲,۷۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۲,۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۲,۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۲,۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۲,۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۲,۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۲,۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۲,۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۲,۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۲,۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۲,۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۲,۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۴

CV%: 1.619	SD: 0.045	Mean: 2.784
------------	-----------	-------------

