



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : (S.G.O.T. (AST

Olympus-C : عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۳۶۵	۲,۸۷۲	۲۰۱,۷۸۴	۲۰۴,۶۵۶	۲۰۷,۵۲۸	۲۱۰,۴	۲۱۳,۲۷۲	۲۱۶,۱۴۴	۲۱۹,۰۱۶

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳

مقدار	تاریخ
۲۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۲۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۲۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۲۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۲۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۲۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۲۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۲۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۲۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۲۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۲۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۲۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۲۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۲۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۲۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۲۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۲۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۲۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۲۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۲۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۲۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۲۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۲۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۲۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۲۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۴

CV%: 1.799	SD: 3.819	Mean: 212.231
------------	-----------	---------------

