



BioRAD1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

CPK Total : عنوان آزمایش :  
Olympus-C : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۸۳۲	۲,۶۱۵	۱۳۴,۸۵۵	۱۳۷,۴۷	۱۴۰,۰۸۵	۱۴۲,۷	۱۴۵,۳۱۵	۱۴۷,۹۳	۱۵۰,۵۴۵

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳

مقدار	تاریخ
۱۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۱۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۱۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۱۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۱۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۱۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۱۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۱۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۱۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۱۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۱۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۱۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۳۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۱۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۱۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۱۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۱۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۱۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۱۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۱۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۱۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۱۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۱۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۱۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۴

CV%: 2.058	SD: 2.94	Mean: 142.808
------------	----------	---------------

