

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus 2 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

TSH : عنوان آزمایش :  
Abbott : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۳۸۵	۰,۱۲۲	۳,۲۳۳	۳,۳۵۵	۳,۴۷۷	۳,۵۹۹	۳,۷۲۱	۳,۸۴۳	۳,۹۶۵

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۷
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۳,۴۲۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۳,۵۳۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۳,۳۳۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۳,۴۲۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۳,۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۳,۳۷۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۳,۵۶۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۳,۵۳۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۳,۶۱۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۳,۵۱۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۳,۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲

مقدار	تاریخ
۳,۴۷۸۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۳,۵۱۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۳,۶۰۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۳,۶۰۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۳,۵۵۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۳,۴۶۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۳,۶۶۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۳,۴۴۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۳,۵۵۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۳,۴۹۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۳,۶۲۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۳,۳۹۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۳,۴۸۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۳,۵۴۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۳,۴۸۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۶

CV%: 2.316	SD: 0.081	Mean: 3.504
------------	-----------	-------------

