

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus 2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

Beta hCG : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۴۱۶	۱,۸۴۹	۲۸,۶۰۱	۳۰,۴۵	۳۲,۲۹۹	۳۴,۱۴۸	۳۵,۹۹۷	۳۷,۸۴۶	۳۹,۶۹۵

مقدار	تاریخ
۳۶,۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۳۴,۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۳۶,۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۳۳,۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۳۴,۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۳۴,۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۳۲,۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۳۵,۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۳۵,۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۳۵,۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۳۴,۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۳۶,۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۳۴,۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۳۵,۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۳۰,۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴

مقدار	تاریخ
۳۲,۷۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۳۲,۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۳۶,۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۳۵,۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۳۰,۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۳۴,۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۳۴,۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۳۴,۳۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۳۴,۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۳۵,۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۳۳,۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۱

CV%: 4.786	SD: 1.648	Mean: 34.44
------------	-----------	-------------

