



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۲

Total Cholesterol

Olympus-C

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۵۱۴	۱,۵۳	۹۶,۴۷۷	۹۸,۰۰۷	۹۹,۵۳۷	۱۰۱,۰۶۷	۱۰۲,۵۹۷	۱۰۴,۱۲۷	۱۰۵,۶۵۷

مقدار	تاریخ
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰

مقدار	تاریخ
۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۱۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۱۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶

مقدار	تاریخ
۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۱۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۱۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۲

CV%: 1.014	SD: 1.018	Mean: 100.346
------------	-----------	---------------

