



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Fe : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲ Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۳۶۷	۰,۹۴۴	۶۶,۲۳۵	۶۷,۱۷۹	۶۸,۱۲۳	۶۹,۰۶۷	۷۰,۰۱۱	۷۰,۹۵۵	۷۱,۸۹۹

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳

مقدار	تاریخ
۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹

مقدار	تاریخ
۷۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۴

CV%: 1.372	SD: 0.941	Mean: 68.615
------------	-----------	--------------

