



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : protein total

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

عنوان دستگاه : Olympus-C

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۵۱۱	۰,۰۹۵	۵,۹۹۲	۶,۰۸۷	۶,۱۸۲	۶,۲۷۷	۶,۳۷۲	۶,۴۶۷	۶,۵۶۲

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶

مقدار	تاریخ
۶,۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۶,۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۶,۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۶,۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۶,۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۶,۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۶,۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۶,۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۶,۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۶,۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۶,۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۶,۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱

مقدار	تاریخ
۶,۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۶,۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۶,۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۶,۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۶,۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۶,۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۶,۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۶,۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۶,۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۶,۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۶,۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۶,۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۶,۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۶,۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۵

CV%: 1.896	SD: 0.118	Mean: 6.241
------------	-----------	-------------

