

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر Sepehr Medical Lab.



BioRAD1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۱

Direct Bilirubin : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۷۳۱	۰,۰۰۷	۰,۳۶۵	۰,۳۷۲	۰,۳۷۹	۰,۳۸۶	۰,۳۹۳	۰,۴	۰,۴۰۷

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳

مقدار	تاریخ
۰,۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۰,۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۰,۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۰,۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۰,۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۰,۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۰,۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۰,۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۰,۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۰,۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۰,۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۰,۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۰,۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۹

مقدار	تاریخ
۰,۳۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۰,۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۰,۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۰,۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۰,۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۰,۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۰,۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۰,۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۰,۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۰,۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۰,۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۰,۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۰,۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۴

CV%: 1.465	SD: 0.006	Mean: 0.383
------------	-----------	-------------

