



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : (S.G.P.T. (ALT

Olympus-C : عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۳۵۷	۰,۶۲۶	۲۴,۶۸۹	۲۵,۳۱۵	۲۵,۹۴۱	۲۶,۵۶۷	۲۷,۱۹۳	۲۷,۸۱۹	۲۸,۴۴۵

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳

مقدار	تاریخ
۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۴

CV%: 2.428	SD: 0.653	Mean: 26.885
------------	-----------	--------------

