



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۲

عنوان آزمایش: ( P ( Phosphorus

Olympus-C : عنوان دستگاه:

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۸۶۷	۰,۱۳	۶,۵۷۴	۶,۷۰۴	۶,۸۳۴	۶,۹۶۴	۷,۰۹۴	۷,۲۲۴	۷,۳۵۴

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶

مقدار	تاریخ
۶,۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۶,۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۶,۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۶,۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۶,۸۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۶,۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۶,۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۶,۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۶,۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۶,۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۶,۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱

مقدار	تاریخ
۶,۹۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۶,۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۶,۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۷,۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۶,۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۶,۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۶,۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۶,۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۶,۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۶,۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۶,۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۶,۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۷,۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۵

CV%: 1.539	SD: 0.106	Mean: 6.861
------------	-----------	-------------

