



BioRAD1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

IgA : عنوان آزمایش :  
Olympus-C : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۲۶۴۵۱



%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۸۶۸	۳,۲۱۸	۱۶۲,۶۴۶	۱۶۵,۸۶۴	۱۶۹,۰۸۲	۱۷۲,۳	۱۷۵,۵۱۸	۱۷۸,۷۳۶	۱۸۱,۹۵۴

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۸

مقدار	تاریخ
۱۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۱۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۱۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۱۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۱۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۱۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۱۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۱۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۱۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۱۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۱۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۱۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱

مقدار	تاریخ
۱۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۱۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۱۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۱۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۱۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۱۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۱۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۱۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۱۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۱۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۱۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۱۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۱۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵

CV%: 1.695	SD: 2.858	Mean: 168.615
------------	-----------	---------------



42