



BioRAD1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۱

Total Cholesterol : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۲۰۳	۳,۰۳۳	۲۴۳,۰۰۱	۲۴۶,۰۳۴	۲۴۹,۰۶۷	۲۵۲,۱	۲۵۵,۱۳۳	۲۵۸,۱۶۶	۲۶۱,۱۹۹

مقدار	تاریخ
۲۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰

مقدار	تاریخ
۲۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۲۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۲۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۲۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۲۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۲۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۲۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۲۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۲۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶

مقدار	تاریخ
۲۴۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۲۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۲۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۲۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۲۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۲۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۲۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۲۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۲۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۲۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۲

CV%: 1.197	SD: 3.003	Mean: 250.846
------------	-----------	---------------

