

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

FSH : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۶۲۲	۰,۵۶۶	۱۳,۹۲۹	۱۴,۴۹۵	۱۵,۰۶۱	۱۵,۶۲۷	۱۶,۱۹۳	۱۶,۷۵۹	۱۷,۳۲۵

مقدار	تاریخ
۱۵,۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۱۵,۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۱۵,۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۱۵,۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۱۵,۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۵,۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۱۵,۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۱۵,۹۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱۵,۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۱۵,۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۱۵,۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۱۵,۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۱۵,۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۱۶,۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۱۵,۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۱۳,۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۵,۸۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱۵,۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۱۵,۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۱۶,۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۱۶,۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۱۵,۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۱۵,۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۱۵,۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۱۵,۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۱۵,۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۱۵,۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۱

CV%: 3.284	SD: 0.515	Mean: 15.679
------------	-----------	--------------

