



BioRAD2 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۲

Direct Bilirubin : عنوان آزمایش :  
Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰,۹۴۹	۰,۰۱۱	۱,۱۶۱	۱,۱۷۲	۱,۱۸۳	۱,۱۹۴	۱,۲۰۵	۱,۲۱۶	۱,۲۲۷

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳

مقدار	تاریخ
۱,۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱,۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۱,۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۱,۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۱,۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۱,۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۱,۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۱,۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۱,۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۱,۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۱,۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۱,۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۱,۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹

مقدار	تاریخ
۱,۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱,۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۱,۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۱,۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۱,۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۱,۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۱,۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۱,۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۱,۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۱,۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۱,۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۱,۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۱,۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۴

CV%: 1.09	SD: 0.013	Mean: 1.194
-----------	-----------	-------------

