

# آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus 1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

T3 : عنوان آزمایش :  
Abbott : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۱

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱۱,۴۱۹	۰,۰۷۸	۰,۴۴۸	۰,۵۲۶	۰,۶۰۴	۰,۶۸۲	۰,۷۶	۰,۸۳۸	۰,۹۱۶

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۴
۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۷
۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۰,۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۰,۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۰,۶۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۰,۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۰,۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۰,۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۰,۷۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۰,۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۰,۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۰,۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۵

مقدار	تاریخ
۰,۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۰,۶۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۰,۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۰,۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۰,۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۰,۸۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۰,۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۰,۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۰,۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۰,۶۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۰,۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۰,۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۰,۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۰,۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۰,۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۴

CV%: 10.313	SD: 0.073	Mean: 0.706
-------------	-----------	-------------

