



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Gamma Glutamyl Transferase

Olympus-C

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۰۹۱	۰,۶۵۱	۵۷,۷۴۷	۵۸,۳۹۸	۵۹,۰۴۹	۵۹,۷	۶۰,۳۵۱	۶۱,۰۰۲	۶۱,۶۵۳

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶

مقدار	تاریخ
۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱

مقدار	تاریخ
۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵

CV%: 1.223	SD: 0.732	Mean: 59.846
------------	-----------	--------------

