



BioRAD1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Total Bilirubin : عنوان آزمایش :  
Olympus-C : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۲۷۹	۰,۰۵۹	۱,۲۱۳	۱,۲۷۲	۱,۳۳۱	۱,۳۹	۱,۴۴۹	۱,۵۰۸	۱,۵۶۷

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳

مقدار	تاریخ
۱,۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱,۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۱,۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۱,۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۱,۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۱,۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۱,۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۱,۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۱,۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۱,۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۱,۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۱,۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۱,۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۹

مقدار	تاریخ
۱,۳۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱,۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۱,۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۱,۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۱,۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۱,۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۱,۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۱,۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۱,۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۱,۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۱,۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۱,۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۱,۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۴

CV%: 3.99	SD: 0.055	Mean: 1.387
-----------	-----------	-------------

