

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



عنوان کنترل : BioRAD1
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : Transferrin
عنوان دستگاه : Olympus-C
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۴۹۵	۳,۷۱۱	۲۳۷,۰۸۴	۲۴۰,۷۹۵	۲۴۴,۵۰۶	۲۴۸,۲۱۷	۲۵۱,۹۲۸	۲۵۵,۶۳۹	۲۵۹,۳۵

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶

مقدار	تاریخ
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۲۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۲۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۲۴۹,۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۲۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۲۵۱,۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۲۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۲۵۱,۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۲۴۹,۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱

مقدار	تاریخ
۲۴۷,۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۲۴۷,۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۲۴۸,۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۲۵۴,۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۲۴۴,۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۲۴۳,۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۲۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۲۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۲۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۲۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۲۴۳,۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۲۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۲۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۵

CV%: 1.176	SD: 2.924	Mean: 248.75
------------	-----------	--------------

