



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : (Ca (Calcium

Olympus-C : عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۲۹۶	۰,۱۲۵	۹,۲۶۱	۹,۳۸۶	۹,۵۱۱	۹,۶۳۶	۹,۷۶۱	۹,۸۸۶	۱۰,۰۱۱

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶

مقدار	تاریخ
۹,۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۹,۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۹,۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۹,۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۹,۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۹,۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۹,۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۹,۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۹,۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۹,۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۹,۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۹,۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱

مقدار	تاریخ
۹,۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۹,۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۹,۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۹,۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۹,۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۹,۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۹,۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۹,۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۹,۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۹,۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۹,۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۹,۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۹,۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۹,۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۵

CV%: 1.22	SD: 0.117	Mean: 9.576
-----------	-----------	-------------

