



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

IgA : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲ Olympus-C : عنوان دستگاه :



| %CV | SD | SD ^۳ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۲,۳۵۹ | ۳,۱۱۳ | ۱۲۲,۶۲۸ | ۱۲۵,۷۴۱ | ۱۲۸,۸۵۴ | ۱۳۱,۹۶۷ | ۱۳۵,۰۸ | ۱۳۸,۱۹۳ | ۱۴۱,۳۰۶ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۴۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
| ۱۳۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
| ۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
| ۱۴۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
| ۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
| ۱۳۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
| ۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
| ۱۴۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
| ۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
| ۱۳۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
| ۱۳۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
| ۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
| . | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۴۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
| ۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
| ۱۴۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
| ۱۳۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
| ۱۴۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
| ۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
| ۱۴۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
| ۱۳۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
| ۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
| ۱۳۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
| ۱۳۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
| ۱۳۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
| ۱۴۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
| ۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |

| | | |
|------------|-----------|---------------|
| CV%: 2.237 | SD: 3.075 | Mean: 137.423 |
|------------|-----------|---------------|



42