



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

IgM : عنوان آزمایش :

Olympus-C : عنوان دستگاه : سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۲۱۳	۱,۹۰۴	۸۰,۳۲۵	۸۲,۲۲۹	۸۴,۱۳۳	۸۶,۰۳۷	۸۷,۹۴۱	۸۹,۸۴۵	۹۱,۷۴۹

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
.	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
.	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
.	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
.	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
.	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
.	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
.	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۵/۲۹

مقدار	تاریخ
۸۶,۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۸۵,۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۸۴,۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۵/۰۴

مقدار	تاریخ
۸۵,۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۸۶,۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۸۲,۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۸۲,۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۸۴,۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۸۲,۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۸۴,۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۸۲,۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۸۴,۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۸۶,۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۸۳,۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۸۴,۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۸۴,۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۸۵,۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۸۵,۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۸۲,۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۸۴,۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۸۶,۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۸۴,۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۸۶,۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۸۴,۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۸۵,۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۵

CV%: 1.668	SD: 1.412	Mean: 84.609
------------	-----------	--------------



