



Multi ia plus 3 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۸/۱۱/۱۲:

سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۳

Hydroxy Vitamin D3-۲۵ : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۱۱۶	۲,۵۳۵	۴۱,۹۴۲	۴۴,۴۷۷	۴۷,۰۱۲	۴۹,۵۴۷	۵۲,۰۸۲	۵۴,۶۱۷	۵۷,۱۵۲

مقدار	تاریخ
۵۲,۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۴۹,۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۵۱,۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۴۸,۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۵۲,۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۵۰,۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۵۲,۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۴۷,۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۴۷,۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۵۱,۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۵۰,۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۴۹,۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۵۳,۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۵۱,۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۵۳,۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۴

مقدار	تاریخ
۵۰,۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۵۱,۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۴۹,۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۴۳,۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۴۹,۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۴۷,۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۴۹,۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۴۷,۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۵۱,۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۱

CV%: 5.029	SD: 2.533	Mean: 50.374
------------	-----------	--------------

