



Multi IA plus 2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

T4 : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۹۲۴	۰,۳۲۳	۵,۵۸۱	۵,۹۰۴	۶,۲۲۷	۶,۵۵	۶,۸۷۳	۷,۱۹۶	۷,۵۱۹

مقدار	تاریخ
۶,۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۶,۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۶,۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۶,۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۶,۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۵,۹۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۶,۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۶,۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۶,۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۶,۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۶,۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۶,۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۶,۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۶,۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۷,۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۴

مقدار	تاریخ
۶,۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۶,۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۶,۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۶,۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۶,۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۷,۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۶,۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۵,۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۶,۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۶,۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۲

CV%: 5.202	SD: 0.332	Mean: 6.39
------------	-----------	------------

