



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Fasting Blood Glucose : عنوان آزمایش :

Olympus-C

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۴۱۸	۱,۱۹۴	۸۰,۶۵۱	۸۱,۸۴۵	۸۳,۰۳۹	۸۴,۲۳۳	۸۵,۴۲۷	۸۶,۶۲۱	۸۷,۸۱۵

مقدار	تاریخ
۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰

مقدار	تاریخ
۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۶

مقدار	تاریخ
۸۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۲

CV%: 1.463	SD: 1.23	Mean: 84.077
------------	----------	--------------

