



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۱

(Mg (Magnesium
Olympus-C

عنوان آزمایش :
عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۴۶۴	۰,۰۴۹	۱,۸۲۴	۱,۸۷۳	۱,۹۲۲	۱,۹۷۱	۲,۰۲	۲,۰۶۹	۲,۱۱۸

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۸

مقدار	تاریخ
۱,۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۱,۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۲,۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۱,۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۱,۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۱,۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۹

مقدار	تاریخ
۲,۰۲	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۲	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۱,۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۱,۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۱,۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۱,۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۲,۰۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۱,۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۱,۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۱,۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۱,۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۱,۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۱,۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۱,۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۱,۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۱,۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۱,۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۸

CV%: 2.198	SD: 0.043	Mean: 1.965
------------	-----------	-------------

