

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

LDH

: عنوان آزمایش :

Olympus-C

: عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۶۴۶	۱۲,۶۰۹	۷۲۸,۲۷۳	۷۴۰,۸۸۲	۷۵۳,۴۹۱	۷۶۶,۱	۷۷۸,۷۰۹	۷۹۱,۳۱۸	۸۰۳,۹۲۷

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۶

مقدار	تاریخ
۷۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۷۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۷۸۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۷۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۸
۷۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۷۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۷۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۷۷۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۷۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۷۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۷۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۸۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۷۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۷۴۲	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۷۵۳	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۷۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۷۷۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۷۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۷۷۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۷۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۷۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۷۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۷۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۷۸۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۸۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۷۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۷۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴

CV%: 1.85	SD: 14.442	Mean: 780.556
-----------	------------	---------------



Olympus-C

