



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : protein total

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۱۵۵	۰,۰۷۳	۶,۰۹۹	۶,۱۷۲	۶,۲۴۵	۶,۳۱۸	۶,۳۹۱	۶,۴۶۴	۶,۵۳۷

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۸

مقدار	تاریخ
۶,۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۶,۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۶,۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۶,۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۶,۴۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۶,۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۶,۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۶,۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۶,۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۹

مقدار	تاریخ
۶,۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۶,۳	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۶,۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۶,۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۶,۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۶,۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۶,۲۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۶,۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۶,۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۶,۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۶,۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۶,۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۶,۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۶,۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۶,۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۶,۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۶,۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۶,۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۸

CV%: 1.262	SD: 0.079	Mean: 6.293
------------	-----------	-------------

