



Multi IA plus 1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

FSH : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۲۷۹	۰,۲۰۲	۳,۲۲۱	۳,۴۲۳	۳,۶۲۵	۳,۸۲۷	۴,۰۲۹	۴,۲۳۱	۴,۴۳۳

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۸

مقدار	تاریخ
۴,۰۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۳,۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۳,۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۳,۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۴,۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۳,۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۳,۸۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۴,۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۳,۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۹

مقدار	تاریخ
۳,۹۴	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۳,۸۳	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۳,۷۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۳,۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۳,۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۳,۷۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۳,۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۳,۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۳,۸۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۴,۰۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۳,۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۳,۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۳,۸۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۳,۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۳,۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۳,۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۳,۶۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۳,۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۸

CV%: 3.478	SD: 0.134	Mean: 3.84
------------	-----------	------------

