



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Fasting Blood Glucose : عنوان آزمایش :

Olympus-C

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۵۷۴	۴,۳۹۹	۲۶۶,۲۰۳	۲۷۰,۶۰۲	۲۷۵,۰۰۱	۲۷۹,۴	۲۸۳,۷۹۹	۲۸۸,۱۹۸	۲۹۲,۵۹۷

مقدار	تاریخ
۲۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰

مقدار	تاریخ
۲۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۲۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۲۷۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۲۷۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۲۷۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۸
۲۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۲۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۲۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۲۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۲۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۲۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۲۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۲۷۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۲۸۷	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۲۸۳	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۲۸۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۲۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۲۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۲۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۲۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۲۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۲۷۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۲۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۲۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۲۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۲۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳

CV%: 1.461	SD: 4.115	Mean: 281.63
------------	-----------	--------------

