



BioRAD1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

CPK Total : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۶۴۵۱



%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۹۱۷	۲,۷۸۹	۱۳۷,۱۳۳	۱۳۹,۹۲۲	۱۴۲,۷۱۱	۱۴۵,۵	۱۴۸,۲۸۹	۱۵۱,۰۷۸	۱۵۳,۸۶۷

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۱۴۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۱۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۱۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۸
۱۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۱۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۱۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۱۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۱۴۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۱۴۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۱۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۱۴۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۱

مقدار	تاریخ
۱۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۱۴۳	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۱۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۱۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۱۵۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۱۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۱۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۱۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۱۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۱۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۱۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۱۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۱۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۱۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴

CV%: 2.334	SD: 3.373	Mean: 144.538
------------	-----------	---------------



42