



عنوان کنترل : BioRAD1
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : Urea
عنوان دستگاه : Olympus-C
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۸۴۲	۰,۶۲۹	۳۲,۲۴۶	۳۲,۸۷۵	۳۳,۵۰۴	۳۴,۱۳۳	۳۴,۷۶۲	۳۵,۳۹۱	۳۶,۰۲

مقدار	تاریخ
۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰

مقدار	تاریخ
۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۸
۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۳

CV%: 2.202	SD: 0.751	Mean: 34.111
------------	-----------	--------------

