



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : ( S.G.P.T. ( ALT

Olympus-C : عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۴۸۶	۱,۴۲۶	۹۱,۶۸۹	۹۳,۱۱۵	۹۴,۵۴۱	۹۵,۹۶۷	۹۷,۳۹۳	۹۸,۸۱۹	۱۰۰,۲۴۵

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۶

مقدار	تاریخ
۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۸
۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۹۷	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۴

CV%: 1.737	SD: 1.688	Mean: 97.185
------------	-----------	--------------

