



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : ( S.G.O.T. ( AST

Olympus-C : عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲



%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۱۴۳	۴,۵۵۱	۱۹۸,۶۸	۲۰۳,۲۳۱	۲۰۷,۷۸۲	۲۱۲,۳۳۳	۲۱۶,۸۸۴	۲۲۱,۴۳۵	۲۲۵,۹۸۶

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۵

مقدار	تاریخ
۲۰.۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۲۰.۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۲۰.۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۲۰.۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۸
۲۰.۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۲۰.۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۲۰.۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۲۰.۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۲۱.۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۲۰.۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۲۰.۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۲۱.۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۲۱.۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۱.۵	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۲۰.۴	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۲۰.۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۲۰.۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۲۰.۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۲۰.۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۲۰.۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۲۰.۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۲۰.۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۲۰.۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۲۰.۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۲۰.۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۲۰.۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۲۱.۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۴

CV%: 1.703	SD: 3.524	Mean: 206.963
------------	-----------	---------------



42