

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Gamma Glutamyl Transferase

Olympus-C

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۳۲۲	۲,۰۶۳	۱۴۹,۹۴۴	۱۵۲,۰۰۷	۱۵۴,۰۰۷	۱۵۶,۱۳۳	۱۵۸,۱۹۶	۱۶۰,۲۵۹	۱۶۲,۳۲۲

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۶۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۱۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۱۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۱۵۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۱۵۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۱۶۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۱۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۱۵۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۱۵۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۹

مقدار	تاریخ
۱۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۱۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۱۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۱۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۱۵۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۱۵۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۱۵۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۱۶۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۱۵۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۱۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۱۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۱۶۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۱۶۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۱۶۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۱۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۱۵۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۱۵۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۱۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸

CV%: 1.125	SD: 1.782	Mean: 158.407
------------	-----------	---------------

