



عنوان کنترل : BioRAD2
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : Fe
عنوان دستگاه : Olympus-C
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۷۴۱	۱,۱۷۲	۶۳,۷۹۱	۶۴,۹۶۳	۶۶,۱۳۵	۶۷,۳۰۷	۶۸,۴۷۹	۶۹,۶۵۱	۷۰,۸۲۳

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
.	۱۳۹۹/۰۴/۲۸

مقدار	تاریخ
۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۵
۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۴/۰۹

مقدار	تاریخ
۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۸

CV%: 1.638	SD: 1.111	Mean: 67.815
------------	-----------	--------------

